acreditación

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

VETO Y COMPAÑÍA LIMITADA

ubicado en Santa Elena N°1701, Parque Medianas Modulo 8B,
Huechuraba, Santiago

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Laboratorio de calibración

según NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el área Magnitud Presión, con el alcance indicado en anexo.

Primera acreditación: 3 de diciembre de 2015

Vigencia de la Acreditación Desde : 30 de noviembre de 2020
Hasta : 30 de noviembre de 2025

Santiago de Chile, 30 de noviembre de 2020

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento.
Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo

ilac-MRA

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE

ACREDITACION LC 088

F407-01-30 v02

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 088
Anexo

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE VETO Y COMPAÑIA LTDA., SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : MAGNITUD PRESION

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
instrumento o sistema de medición	**Método y Norma/Documento de base**	**Condición de la medición**	**Mín (mayor que)**	**Máx. (menor o igual que)**	**Unidades**	**Valor**	**Unidades**	**Nivel de confianza**	**Patrón**	**Fuente de trazabilidad inmediata.**
Manometros análogos o digitales y transmisores o transductores con indicador de presión	P-LABC-10 v.04 DKD-R 6-1 03/2014	23 ± 5)°C (50 ± 20) %HR	-0,93	0	bar	0,0010	bar	95%	**Transmisores de presión** PR-PR-07 / PR-PR-08 / PR-PR-09 **Controlador de presión** PR-PR-06 Marca : Additel Modelo : ADT780-1K Serie : 82215030012 **Transmisores de presión** PR-PR-11 / PR-PR-12 / PR-PR-13 **Controlador de presión** PR-PR-10 Marca : Additel Modelo : ADT780-1K Serie : 82219070004	LCPN-P Additel Nvlap Lab Code 600214-0
			0	1	bar	0,0010	bar	95%		
			0	7	bar	0,0015	bar	95%		
			0	21	bar	0,002	bar	95%		
			0	70	bar	0,008	bar	95%		
			0	400	bar	0,07	bar	95%	**Transmisor de presión** PR-PR-04 / PR-PR-05 **Indicador** Marca : Wika Modelo : CPH-6000 Serie : 600-635	LCPN-P Additel Nvlap Lab Code 600214-0
			0	1000	bar	0,11	bar	95%		

F407-01-30 v02

Verificado y Firmado por

ACEPTA

LC088

INN

(3 páginas)

Creado el 2022-08-04 16:45:34 - Nº Docto: A6-8000-024E-5DDF-0CE2

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https://**5.dec.cl**

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma

Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO
Institución - Rol: INN - Jefe DivAcreditacion
Fecha de Firma: 2022-08-12 10:57:28.786783
Auditoría Autentia: NONE-N4HG-DTK8-P6XF
Operador: 11378194-7

Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO
Institución - Rol: INN - Director Ejecutivo
Fecha de Firma: 2022-08-12 14:14:35.186254
Auditoría Autentia: NONE-N4HG-E75C-1X5X
Operador: 7204961-6