acreditación

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

VETO Y COMPAÑIA LIMITADA

LABORATORIO DE CALIBRACION

ubicado en ubicado en Santa Elena N°1701, Parque Medianas Modulo 8B, Huechuraba, Santiago

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Laboratorio de calibración

según NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el área Magnitud Temperatura, con el alcance indicado en anexo

Primera acreditación: 26 de julio de 2017

Vigencia de la Acreditación Desde : 3 de marzo de 2021
Hasta : 3 de marzo de 2026

Santiago de Chile, 3 de marzo de 2021

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento. Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo

ilac-MRA

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE

ACREDITACION LC 105

F407-01-30 v02

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES RIGE ESTA ACREDITACIÓN ESTAN DETALLADAS EN EL ACTA DE COMPROMISO

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 105
Modificación 1

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE VETO Y COMPAÑIA LTDA., SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : MAGNITUD TEMPERATURA

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	**Método y Norma/Documento de base**	**Condición de la medición**	**Mín. (mayor que)**	**Máx. (menor o igual que)**	**Unidades**	**Valor**	**Unidades**	**Nivel de confianza**	**Patrón**	**Fuente de trazabilidad inmediata**
Termómetros digitales y sistemas termométricos	Comparación directa P-LABC-12 v.02 Basado en TH-001 (CEM) Edición Digital 1 (2008)	(23 ± 5) °C (50 ± 20) %HR	0	0	°C	0,06	°C	95%	Punto de hielo	LCPN-T (D-K-15091-02-00)
			-40	10	°C	0,2	°C	95%	Indicador digital Fluke 1529 con sensor Fluke 5609	
			10	80	°C	0,1	°C	95%		
			80	200	°C	0,2	°C	95%		
			200	650	°C	0,7	°C	95%		
			650	800	°C	4,0	°C	95%	Indicador digital Fluke 1529 con sensor Fluke 5650	
			800	1100	°C	5,0	°C	95%		
Termómetros análogos	Comparación directa P-LABC-12 v.02 Basado en TH-001 (CEM) Edición Digital 1 (2008)	(23 ± 5) °C (50 ± 20) %HR	0	0	°C	0,5	°C	95%	Punto de hielo	
			-40	200	°C	1	°C	95%	Indicador digital Fluke 1529 con sensor Fluke 5609	
			200	650	°C	2	°C	95%		
Termómetros ambientales	Comparación directa P-LABC-13 v.02 Basado en TH-007 (CEM) Edición digital 1 (2008)	(23 ± 5) °C (50 ± 20)%HR	-10	70	°C	0,8	°C	95%	Indicador digital VAISALA MI70 con sensor VAISALA HMP77B	VETO (LC 105)

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	**Método y Norma/Documento de base**	**Condición de la medición**	**Mín. (mayor que)**	**Máx. (menor o igual que)**	**Unidades**	**Valor**	**Unidades**	**Nivel de confianza**	**Patrón**	**Fuente de trazabilidad inmediata**
Higrómetros ambientales	Comparación directa P-LABC-15 v.02 Basado en TH-007 (CEM) Edición digital 1 (2008)	(23 ± 5) °C (50 ± 20) %HR	10	90	%HR	3,5	%HR	95%	Indicador digital VAISALA MI70 con sensor VAISALA HMP77B	LCPN-H (D-K-15211-01-00)

Verificado y Firmado por

ACEPTA

LC105

INN

(4 páginas)

Creado el 2024-06-28 15:58:26 - Nº Docto: X1-8000-02C3-32B1-2CE2

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https://**5.dec.cl**

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma

Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO
Institución - Rol: INN - Jefe DivAcreditacion
Fecha de Firma: 2024-07-01 11:14:09.25
Auditoría Autentia: NONE-M0K9-6JWT-R7SW
Operador: 11378194-7

Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO
Institución - Rol: INN - Director Ejecutivo
Fecha de Firma: 2024-07-01 11:19:45.421208
Auditoría Autentia: NONE-M0K9-6K8X-VDPP
Operador: 7204961-6