acreditación

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

VETO Y COMPAÑÍA LIMITADA

LABORATORIO DE CALIBRACION

ubicado en Santa Elena N°1701, Parque Medianas Modulo 8B,
Huechuraba, Santiago

ha sido acreditado en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Laboratorio de calibración

según NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el área Magnitud Longitud, con el alcance indicado en anexo.

Vigencia de la Acreditación Desde : 3 de marzo de 2021
Hasta : 3 de marzo de 2026

Santiago de Chile, 30 de junio de 2025

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento.
Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo

ilac-MRA

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE

ACREDITACION LC 130

F407-01-30 v02

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES RIGE ESTA ACREDITACIÓN ESTAN DETALLADAS EN EL ACTA DE COMPROMISO

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 130
Modificación 1

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE VETO Y COMPAÑIA LTDA., SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : MAGNITUD LONGITUD

Servicio de calibración			**Rango del mensurando**			**Capacidad de medición y calibración (CMC)[1]**			**Patrón de referencia usado en la calibración**	
instrumento o sistema de medición	**Método y Norma/Documento de base**	**Condición de la medición**	**Mín (mayor que)**	**Máx. (menor o igual que)**	**Unidades**	**Valor**	**Unidades**	**Nivel de confianza**	**Patrón**	**Fuente de trazabilidad inmediata**
Pie de Metro	Comparación directa P-LABC-18 v.02 DI-008 Edición Digital 1 (CEM)	Temperatura ambiental (20 ± 2)°C Humedad relativa (50 ± 20) %	0	1000	mm	R: 0,01 mm = 12	µm	95%	Bloques patrón Marca : Mitutoyo Modelo: BM1-10M-1/D Serie: 1804318 LO-PR-04 Bloques patrón Marca :Mitutoyo Modelo: BM1-8R-0/YJ Serie: 1702786 LO-PR-02 Bloques patrón Marca :Mitutoyo Modelo: BM1-47D-0/PD Serie: 1500762 LO-PR-01	Instituto Designado en la magnitud Longitud, DICTUC (SIM-L-CL-00000NFG-1) (SIM-L-CL-000005P9-1)
						R: 0,02 mm = 23	µm			
						R: 0,05 mm = 58	µm			
						R: 0,10 mm = 0,12	mm			
Micrómetro de exteriores	Comparación directa P-LABC-23 v.01 DI-005 Edición Digital 1 (CEM)		0	1000	mm	R: 0,001 mm = 1,3 R: 0,01 mm = 12	µm	95%		
Reglas o Escalas Graduadas	Comparación directa P-LABC-22 v.01 DI-012 Edición Digital 1 (CEM)	Temperatura ambiental (20 ± 2)°C Humedad relativa (30 a 70) %	0	3000	mm	(R = 0,5 mm) 0,45	mm	95%	Pie de metro Marca: Mitutoyo Modelo: CD 18"C N° de serie: 0026887 Identificación: LO-PT-03	VETO (LC 130)
						(R = 1 mm) 0,83	mm			

F407-01-30 v02

Verificado y Firmado por

ACEPTA

LC130

INN

(2 páginas)

Creado el 2025-07-14 11:50:05 - Nº Docto: X1-8000-0305-4C95-CCE2

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https://5.dec.cl

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma

Firma Simple
Validado con Pin

Firmante:	11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO
Institución - Rol:	INN - Jefe DivAcreditacion
Fecha de Firma:	2025-07-25 12:58:14.062463
Auditoría Autentia:	NONE-M0L9-8EW6-PNLR
Operador:	11378194-7

Firma Simple
Validado con Pin

Firmante:	7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO
Institución - Rol:	INN - Director Ejecutivo
Fecha de Firma:	2025-07-25 12:59:13.838317
Auditoría Autentia:	NONE-M0L9-8EY2-DHAM
Operador:	7204961-6