

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

VETO Y COMPAÑÍA LIMITADA

LABORATORIO DE CALIBRACION

ubicado en Santa Elena N°1701, Parque Medianas Modulo 8B,
Huechuraba, Santiago

ha sido acreditado en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Laboratorio de calibración

según NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el área Magnitud Longitud, con el alcance indicado en anexo.

Vigencia de la Acreditación Desde : 3 de marzo de 2021
Hasta : 3 de marzo de 2026

Santiago de Chile, 30 de junio de 2025

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento.
Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su
impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo



ACREDITACION LC 130

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE VETO Y COMPAÑIA LTDA., SANTIAGO, COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : MAGNITUD LONGITUD

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC) ¹			Patrón de referencia usado en la calibración	
instrumento o sistema de medición	Método y Norma/Documento de base	Condición de la medición	Mín (mayor que)	Máx. (menor o igual que)	Unidades	Valor	Unidades	Nivel de confianza	Patrón	Fuente de trazabilidad inmediata
Pie de Metro	Comparación directa P-LABC-18 v.02 DI-008 Edición Digital 1 (CEM)	Temperatura ambiental (20 ± 2)°C	0	1000	mm	R: 0,01 mm = 12	µm	95%	Bloques patrón Marca : Mitutoyo Modelo: BM1-10M-1/D Serie: 1804318 LO-PR-04 Bloques patrón Marca : Mitutoyo Modelo: BM1-8R-0/YJ Serie: 1702786 LO-PR-02 Bloques patrón Marca : Mitutoyo Modelo: BM1-47D-0/PD Serie: 1500762 LO-PR-01	Instituto Designado en la magnitud Longitud, DICTUC (SIM-L-CL-00000NFG-1) (SIM-L-CL-000005P9-1)
						R: 0,02 mm = 23	µm			
						R: 0,05 mm = 58	µm			
						R: 0,10 mm = 0,12	mm			
Micrómetro de exteriores	Comparación directa P-LABC-23 v.01 DI-005 Edición Digital 1 (CEM)	Humedad relativa (50 ± 20) %	0	1000	mm	R: 0,001 mm = 1,3 R: 0,01 mm = 12	µm	95%		
Reglas o Escalas Graduadas	Comparación directa P-LABC-22 v.01 DI-012 Edición Digital 1 (CEM)	Temperatura ambiental (20 ± 2)°C Humedad relativa (30 a 70) %	0	3000	mm	(R = 0,5 mm) 0,45	mm	95%	Pie de metro Marca: Mitutoyo Modelo: CD 18°C N° de serie: 0026887 Identificación: LO-PT-03	VETO (LC 130)
						(R = 1 mm) 0,83	mm			

RESERVADO CABECERA FIRMA DIGITAL

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN