

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

LABORATORIOS DAVIS S.A.

ubicado en Av. Gladys Marín Millie N°6366, Estación Central, Santiago

ha sido acreditado en el Sistema Nacional de Acreditación del INN,
como

Laboratorio de calibración

según NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el área Magnitud Volumen, con el alcance indicado en anexo.

Vigencia de la Acreditación Desde : 12 de noviembre de 2024
Hasta : 12 de noviembre de 2029

Santiago de Chile, 12 de noviembre de 2024

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento.
Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su
impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo



ACREDITACION LC 152

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DAVIS S.A., COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : MAGNITUD VOLUMEN

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	Método y Norma/Documento de base	Condición de la medición	Mín (mayor que)	Máx. (menor o igual que)	Unidades	Valor	Unidades	Nivel de confianza	Patrón	Fuente de trazabilidad inmediata
Instrumentos volumétricos operados por pistón	Gravimétrico Procedimiento PCAL-80 (v.01) Basado en: ISO 8655-6:2022 Euramet cg-19 (v.3.0)	(18 a 24) °C (20 a 80) %hr	1	100	μL	0,1	μL	95 %	Mettler Toledo pesas E2 Sartorius Termohigrómetro novasina Agua tipo II	Sartorius (D-K-19398-01-00) Davislab (LC 133)
			100	6000	μL	0,2	μL	95 %		
			6	200	mL	2	mL	95 %		
			200	320	mL	10	mL	95 %		
Material volumétrico	Gravimétrico Procedimiento PCAL-81 (v.01) Basado en: NISTIR 7383 (2019 Ed) Euramet cg-19 (v.3.0)	(18 a 24) °C (20 a 80) %hr	1	200	mL	3	μL	95 %	Mettler Toledo pesas E2 Sartorius Termohigrómetro novasina Agua tipo II	Sartorius (D-K-19398-01-00) Davislab (LC 133)
			200	320	mL	18	μL	95 %		
			320	2000	mL	66	μL	95 %		

RESERVADO CABECERA FIRMA DIGITAL

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN