acreditación

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

LABORATORIOS DAVIS S.A.

ubicado en Av. Gladys Marín Millie N°6366, Estación Central, Santiago

ha sido acreditado en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Laboratorio de calibración

según NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el área Magnitud Volumen, con el alcance indicado en anexo.

Vigencia de la Acreditación Desde : 12 de noviembre de 2024
Hasta : 12 de noviembre de 2029

Santiago de Chile, 1° de julio de 2026

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento. Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo

ilac-MRA

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE

ACREDITACION LC 152

F407-01-30 v02

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 152
Modificación 1

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DAVIS S.A., COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : MAGNITUD VOLUMEN

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	**Método y Norma/Document o de base**	**Condición de la medición**	**Mín (mayor que)**	**Máx. (menor o igual que)**	**Unidades**	**Valor**	**Unidades**	**Nivel de confianza**	**Patrón**	**Fuente de trazabilidad inmediata**
Instrumentos volumétricos operados por pistón	Gravimétrico Procedimiento PCAL-80 (v.02) Basado en: ISO 8655-6:2022 Euramet cg-19 (v.3.0)	(18 a 24) °C (20 a 80) %hr	1	100	µL	0,1	µL	95 %	Mettler Toledo pesas E2 Sartorius Termohigrómetr o novasina Agua tipo II	Instituto Designado en la magnitud Masa (CESMEC) Davislab (LC 133)
			100	6000	µL	0,2	µL	95 %		
			6	200	mL	2	µL	95 %		
			200	320	mL	10	µL	95 %		
Material volumétrico	Gravimétrico Procedimiento PCAL-81 (v.02) Basado en: NISTIR 7383 (2019 Ed) Euramet cg-19 (v.3.0)	(18 a 24) °C (20 a 80) %hr	1	200	mL	3	µL	95 %	Mettler Toledo pesas E2 Sartorius Termohigrómetr o novasina Agua tipo II	Instituto Designado en la magnitud Masa (CESMEC) Davislab (LC 133)
			200	320	mL	18	µL	95 %		
			320	2000	mL	66	µL	95 %		

Nota: La trazabilidad del Instituto Designado en la magnitud Masa (CESMEC) se demuestra a través de las siguientes capacidades de medición y calibración declaradas en el apéndice CMCS del KCDB (BIPM).
SIM-M-CL-0000055K-1 / SIM-M-CL-0000055L-1 / SIM-M-CL-0000055M-1 / SIM-M-CL-0000055N-1 / SIM-M-CL-0000055O-1 / SIM-M-CL-0000055P-1 / SIM-M-CL-0000055Q-1 / SIM-M-CL-0000055R-1 / SIM-M-CL-0000055S-1 / SIM-M-CL-0000055T-1 / SIM-M-CL-0000055U-1 / SIM-M-CL-00000557-1 / SIM-M-CL-00000558-1 / SIM-M-CL-00000559-1 / SIM-M-CL-0000055A-1 / SIM-M-CL-0000055B-1 / SIM-M-CL-0000055C-1 / SIM-M-CL-0000055D-1 / SIM-M-CL-0000055E-1 / SIM-M-CL-0000055F-1 / SIM-M-CL-0000055G-1

Verificado y Firmado por

ACEPTA

LC152

INN

(2 páginas)

Creado el 2026-07-01 16:53:30 - Nº Docto: X1-8000-0346-A201-6CE2

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https://5.dec.cl

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma

Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO
Institución - Rol: INN - Jefe DivAcreditacion
Fecha de Firma: 2026-07-02 13:58:44.642333
Auditoría: NONE-M0M5-EAPB-TS7A

Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO
Institución - Rol: INN - Director Ejecutivo
Fecha de Firma: 2026-07-03 10:40:29.5347
Auditoría: NONE-M0M5-GKDJ-9N86