acreditación

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

LABORATORIOS DAVIS S.A.

ubicado en Av. Gladys Marín Millie N°6366, Estación Central, Santiago

ha sido acreditado en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Laboratorio de calibración

según NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el área Magnitud Presión, con el alcance indicado en anexo.

Vigencia de la Acreditación Desde : 29 de julio de 2024
Hasta : 29 de julio de 2029

Santiago de Chile, 1° de julio de 2026

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento. Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo

ilac-MRA

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION
INN - CHILE

ACREDITACION LC 144

F407-01-30 v02

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

LC 144
Modificación 1

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE LABORATORIOS DAVIS S.A., COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : MAGNITUD PRESION

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	**Método y Norma/Documentos de base**	**Condición de la medición**	**Mín (mayor que)**	**Máx. (menor o igual que)**	**Unidades**	**Valor**	**Unidades**	**Nivel de confianza**	**Patrón**	**Fuente de trazabilidad inmediata**
Manómetros y vacuómetros análogos y digitales. Transmisores y transductores de presión con indicación de presión	Comparación directa Procedimiento PCAL-70 (V.01) Basado en: DKD-R 6-1, Version: 03/2014, Revision: 3	(18 a 28) °C (20 a 80) %hr	-0,82	0	bar	0,3	mbar	95 %	Calibrador de Presión automático Additel 760	Instituto Designado en la magnitud Presión, ENAER (D-K-15211-01-00)
			0	0,025	bar	0,004				
			0	0,250	bar	0,07				
			0	2,5	bar	0,4				
			0	20	bar	2				
Medidores de presión diferencial	Comparación directa Procedimiento PCAL-70 (V.01) Basado en: ME-020. Edición DIGITAL 2.2020	(10 a 40) °C (20 a 80) %hr	-25	25	mbar	0,05	mbar	95 %	Calibrador de Presión Automático Additel 760	Instituto Designado en la magnitud Presión, ENAER (D-K-15211-01-00)
			-250	250	mbar	0,5				
			-950	2500	mbar	5				

Verificado y Firmado por

ACEPTA

LC144

INN

(2 páginas)

Creado el 2026-07-01 16:52:36 - Nº Docto: X1-8000-0346-A1EB-DCE2

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https://5.dec.cl

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma



Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO
Institución - Rol: INN - Jefe DivAcreditacion
Fecha de Firma: 2026-07-02 13:58:49.615335
Auditoría: NONE-M0M5-EAPB-TS7A



Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO
Institución - Rol: INN - Director Ejecutivo
Fecha de Firma: 2026-07-03 10:40:17.221323
Auditoría: NONE-M0M5-GKDJ-9N86